



Medgyesegyháza Város Polgármestere
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
 E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu;
 Tel.: 06/68 440-000

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 7. napján tartandó ülésére

Tárgy: Medgyesegyháza, Luther utca 1. szám alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza, Luther utca 1. szám alatti ingatlanban található fogorvosi rendelőben az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) döntése alapján az alapellátás technikai fejlesztésére van lehetőség. Az OKFŐ tájékoztatta a fogorvosi ellátást biztosító Dr. Mihucz Aliz fogszakorvost a berendezések üzembe helyezéséhez szükséges műszaki feltételekről, melyeket az eszközök megérkezéséig biztosítani kell.

A tájékoztatásban foglaltak szerint:

„Az RRF-8.1.1-25-2025-00001 azonosítószámú, „Alapellátás fejlesztése” című kiemelt projekt keretében, 2026 július utolsó hetében megkezdődik a korábban igényelt autokláv-vízdesztilláló-fóliázógép eszközök kiszállítása.

Az autokláv, vízdesztilláló és fóliázógépek kerülnek kiszállításra, mely berendezések telepítésével kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet néhány szempontra. Az autokláv kiemelkedően nagy teljesítményű, ezért biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetésük a rendelők részéről előzetes felmérést és amennyiben szükséges, villamos hálózatfejlesztést igényelhet.

Annak érdekében, hogy a berendezések üzembe helyezése sikeres legyen, illetve elkerülhető legyen a rendelői hálózatok túlterhelése, kérjük tájékozódjon az alábbiakról:

1. Villamosenergia-ellátási követelmények

Még a berendezések szállítása előtt villanyszerelő szakember bevonására lehet szükség, aki adott esetben elvégzi a hálózat felmérését és szükség esetében az alábbi átalakítását, Autokláv (3.400 W): A gép rendkívül nagy áramfelvétele miatt egy teljesen önálló fali csatlakozóaljzat (konnektor) megléte szükséges. Ezt a csatlakozót közvetlenül a rendelő főelosztójától (biztosítéktáblájától) szükséges vezetékelní, és ott egy kizárólag az autoklávot kiszolgáló, legalább 16 Amperes (16A) kismegszakítóra (biztosítékra) szükséges kötni. Erre az áramkörre más eszköz (pl. hűtő, kezelőegység, számítógép) nem csatlakoztatható. A villamoshálózat leterheltségét szükséges megvizsgáltatni az üzemeltetővel.

Vízdesztilláló (800 W) és Fóliázógép (100–300 W): Ezen eszközök ellátásához is különálló, szabad fali dugaljakat szükséges biztosítani.

A gépek működtetéséhez hosszabbítók vagy elosztók használata hálózati túlterhelés és üzembiztonság kockázata miatt szigorúan tilos.

2. Elhelyezési feltételek (Hely- és statikai igények)

A rendelőknek ellenőrizniük szükséges a sterilizáló helyiség bútorzatát az alábbi paraméterek alapján:

Teherbírási: Az autokláv nettó tömege 60 kg. A berendezést kizárólag olyan masszív, stabil munkafelületre vagy pultra szabad helyezni, amely ezt a súlyt biztonságosan elbírja.

Helyszükséglet: Az autokláv fizikai méretei 46 × 50 × 55 cm. A rendelőkben előre meg szükséges tervezni az elhelyezést úgy, hogy az autokláv mellett a vízdesztilláló és a fóliázógép is elférjen, továbbá a berendezések körül és mögött biztosítva legyen a szellőzéshez és a későbbi karbantartáshoz szükséges munkatér.

Javaslat a projekt megvalósításához

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az eszközök kiszállítása előtt végezzék el a műszaki alkalmasság felmérését. Megfelelő villamos kapacitás hiánya már a helyszíni telepítés során is akadályt jelent, és a beüzemelés meghiúsulását vonhatja maga után.”

Az igényelt és elnyert eszközök megérkeztek, jelenleg az orvosi rendelő épületében várnak az üzembe helyezésre, melyre az előzetes tájékoztatás szerint szeptember második hetében sor kerül.

Az OKFŐ hivatkozott tájékoztatásában foglaltak alapján a Medgyesegyháza, Luther utca 1. szám alatti ingatlan villamoshálózatának a kiírásnak meg kell felelnie, azonban a rendelkezésre álló kapacitások fejlesztése szükséges. Erre vonatkozóan a Gondozási Központ vezetője árajánlatot kért a munka elvégzésére jogosult szakemberektől. A visszajelzések alapján a megkeresett szakemberek többsége a megadott határidőben nem tudja vállalni a munkát, így árajánlatot sem adnak.

Az előterjesztés mellékletében szereplő ajánlat szerint a villamoshálózat szükséges fejlesztése maximum,- Ft összeget igényel, melynek biztosítása szükséges ahhoz, hogy az elnyert az alapellátás technikai fejlesztése megvalósulhasson.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Medgyesegyháza Luther utca 1. szám alatti ingatlan villamoshálózat fejlesztéséhez annak érdekében, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság RRF-8.1.1-25-2025-00001 azonosítószerű, „Alapellátás fejlesztése” című kiemelt projektje keretében elnyert autokláv-vízdesztilláló-fóliázógép eszközök üzembe helyezése a fogorvosi alapellátásban megtörténjen.

A Képviselő-testület ,- Ft összeget biztosít a 2026. évi költségvetésben a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére.

Felelős: Ruck Márton polgármester

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2026. szeptember 4.

Ruck Márton
polgármester

Előterjesztő:	Ruck Márton polgármester
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Előterjesztést készítette:	Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető Bertalan-Kele Beáta aljegyző
Melléklet:	árajánlat
Szükséges döntés:	egyszerű többség